

# 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

代理人 鈴江 武彦  様  あて名 〒100-0013 日本国東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 鈴榮 特許総合事務所内		PCT 国際調査機関の見解書 （法施行規則第40条の2） [PCT規則43の2.1]	
		発送日 （日.月.年） 28.02.2006	
出願人又は代理人 の書類記号 05S1906P		今後の手続きについては、下記2を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 2005/023676	国際出願日 （日.月.年） 22.12.2005	優先日 （日.月.年） 11.01.2005	
国際特許分類（IPC）Int.Cl. H03M1/10(2006.01), H03M1/12(2006.01)			
出願人（氏名又は名称） アンリツ株式会社			

1. この見解書は次の内容を含む。 <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 第I欄 見解の基礎</li> <li><input type="checkbox"/> 第II欄 優先権</li> <li><input type="checkbox"/> 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成</li> <li><input type="checkbox"/> 第IV欄 発明の単一性の欠如</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明</li> <li><input type="checkbox"/> 第VI欄 ある種の引用文献</li> <li><input type="checkbox"/> 第VII欄 国際出願の不備</li> <li><input type="checkbox"/> 第VIII欄 国際出願に対する意見</li> </ul>	
2. 今後の手続き 国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。  この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。  さらに選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。	
3. さらに詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。	

見解書を作成した日 16.02.2006	
名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 柳下 勝幸 電話番号 03-3581-1101 内線 3596

様式PCT/ISA/237（表紙）（2005年4月）

## 第 I 欄 見解の基礎

1. 言語に関し、この見解書は以下のものに基づき作成した。

☒ 出願時の言語による国際出願

☐ 出願時の言語から国際調査のための言語である \_\_\_\_\_ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文  
(PCT規則12.3(a)及び23.1(b))

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、  
以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ

☐ 配列表

☐ 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット

☐ 紙形式

☐ 電子形式

c. 提出時期

☐ 出願時の国際出願に含まれていたもの

☐ この国際出願と共に電子形式により提出されたもの

☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出されたもの

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、  
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-21	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲	1-21	有
	請求の範囲		無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-21	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

〔文献1〕JP 2002-246910 A (株式会社アドバンテスト) 2002. 08. 30, 全文全図参照  
& US 2004/0032385 A1 & WO 2002/067430 A1

〔文献2〕JP 06-152410 A (株式会社アドバンテスト) 1994. 05. 31, 全文全図参照 (ファミリーなし)

(1) 文献の説明

文献1及び文献2には、インタリーブADにおいて、信号発生器からの正弦波信号を試験信号とし、当該試験信号の変換結果から当該ADに対して各種キャリブレーションを施す点が記載されている。

(2) 請求の範囲1-21

請求の範囲1-21に記載された発明は、国際調査報告にて引用した文献1及び文献2に対して新規性及び進歩性を有する。

信号発生器が「複数N個のA/D変換器にそれぞれ与えられるサンプリングクロックの周波数 $F_s$ の $N/2$ 倍を上限とする帯域内の所望の周波数にそれぞれ位置する複数の信号成分であって、前記各A/D変換器のサンプリングによって前記サンプリングクロックの周波数 $F_s$ の $1/2$ を上限とする帯域内に互いに異なる周波数で現れる前記複数の信号成分を含む較正用信号を出力する」点は、国際調査報告にて引用した何れの文献にも記載されておらず、かつ当該文献の記載からして自明なものでもない。